


1	2	3	4	5
	Каналы измерений атмосферного давления автоматических (автоматизированных) метеорологических комплексов и станций	(600...1100) гПа	ПГ ± 0,5 гПа	
Теплофизические и температурные измерения				
12	Термометры метеорологические стеклянные Термографы метеорологические Каналы измерений температуры воздуха, почвы автоматических (автоматизированных) метеорологических комплексов и станций	минус 50...60 °С  минус 35...45 °С  минус 30...60 °С	ПГ ± (0,2...2,0) °С  ПГ ± 1,0 °С  ПГ ± (0,2...0,5) °С	
Измерения физико-химического состава и свойств веществ				
13	Гигрометры и гигрографы	(30...100) %	ПГ ± 10 %С	
14	Психрометры аспирационные	(10...98) % минус 25...50 °С	ПГ ± 6%	
15	Измерители относительной влажности Каналы измерений относительной влажности автоматических (автоматизированных) метеорологических комплексов и станций	(0,8...100) %	ПГ ± (3...10) %	
Оптические и оптико-физические измерения				
16	Актинометры, пиранометры, балансомеры (средства измерений энергетической освещенности)  Каналы измерений энергетической освещенности автоматических (автоматизированных) метеорологических комплексов и станций	(0...1400) Вт/м <sup>2</sup>  (0...2000) Вт/м <sup>2</sup>	ПГ ± (1,7...2,3) %  ПГ ± (2...15) %	



ФГБУ «Мурманское УГМС»

полномоченного лица

  
подпись уполномоченного  
лица

В.А. Шешуков

инициалы, фамилия  
уполномоченного лица